

produkt firmy **C-090 Aparat Vicata**

Zgodno z normami: EN 196-3, ASTM C 187, C 191, AASHTO T 129, T 131 i innymi

Służy do oznaczania ilości wody koniecznej do przygotowania zaprawy o normowej konsystencji a także do oznaczania czasu początku i końca wiązania cementu.

Ukompletowanie :

- rama z bolcem pomiarowym i skalą odczytów
- foremka stożkowa
- igła do badania początku wiązania
- nurnik Ø 10 mm
- termometr szklany
- płytki szklane

Wymiary (± 1 cm): 13 x 18 x 33 cm

Waga: 3,5 kg

17.10.2017. C15-0 R35 T150

