

**17.3157 Zestaw do oznaczania zawartości drobnych cząstek
Badanie bł. kitkiem metylowym**

- 17.3157.01** Mieszadło laboratoryjne z regulacją prędkości obrotowej w zakresie od 400 do 700 obr/min, stela z regulacją wysokości mocowania i mieszadłem o średnicy 70 mm.
Zasilanie: 220 V, 50 Hz, jednofazowe
Skalowana biureta o pojemności 50 ml i podziałce 0.1 ml ze statywem i naczyniem plastikowym o wymiarach: 200 x 150 x 80 mm
Zlewka o pojemności 3000 ml
- 17.3157.03** Filtry papierowe Ø 90 mm (pakowane po 100 szt.)
- 17.3157.04** Próbki szklane Ø 8 x 300 mm
- 10.0640** Bł. kitek metylowy (100 g)
- 10.0641** Kaolinit (500 g)

Nasza firma od 1961 roku jest obecna na rynku sprzedaży do laboratoriów budowlanych.

08.01.2017. C16-0 R15 T0