



produkt firmy 

AG-220 Aparat do badania udarno ci kruszywa (AIV ang. Aggregate Impact Value) Zgodno z norm BS 812

Urządzenie jest przeznaczone do badania udarno ci kruszywa (odporno ci kruszywa na uderzenie).

Aparat składa si z specjalnego stojaka z prowadnicami, uderzaka prowadzonego przez prowadnice i cylindra o średnicy 75 mm i głębokości 50 mm, w którym umieszczana jest badana próbka.

Szybki mechanizm spustowy umożliwia swobodny spadek młota, a zainstalowany automatyczny licznik zlicza ilo uderze . Aparat jest zabezpieczony przed korozj powłok galwaniczn .



Wymiary (± 1 cm): 22 x 44 x 82 (h) cm
Waga: 42 kg

Gwarancja: 12 miesi cy

Nasza firma od 1961 roku jest obecna na rynku sprz tu do laboratoriów budowlanych.

21.11.2016. C16-0 R36 T200 E/U-1